



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИМ04.Н08737

Срок действия с 28.06.2019 по 27.06.2022

№ 0165981

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per № RA.RU.11ИМ04.

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНИИМП"

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

127422, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 1, стр. 2, эт. 5, пом. 1, ком. 29, тел. (499) 641-55-27.

ПРОДУКЦИЯ Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-"КРОНТ" по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-"КРОНТ"; передвижной ОРУБп-3-3-"КРОНТ".

Серийный выпуск.

КОД ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
32.50.50.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92 (п.р. 3, 4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010

КОД ТН ВЭД

8421 39 800 7

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "КРОНТ-М" (АО "КРОНТ-М"). ИНН: 5047004056.

Адрес: Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1.

Место производства медицинского изделия см.приложение

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество "КРОНТ-М" (АО "КРОНТ-М").

ОКПО: 11769436, ИНН: 5047004056.

Адрес: Россия, 141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1.

Телефон (495)572-84-10.

НА ОСНОВАНИИ Протокол технических испытаний № 2019.TD-219.05VP от 03.06.2019 г.

ООО ИЛЦ «МедТестПрибор» атт.акк. № РОСС RU.0001.21МП26;

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) № ФСР 2011/11388 от 06.06.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование продукции знаком соответствия допускается.



Руководитель органа

А.В. Машков

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В.А. Голиков

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Сертификат не применяется при обязательной сертификации